



恒温槽付 2 軸圧縮試験装置



最大加振力	± 50 [kN]
最大振幅	± 400 [mm]
最大速度	± 1.0 [m/s]
最大加速度	± 6.0 [m/s ²]
周波数範囲	0.01～5 [Hz]
温度制御範囲	-10～+40 [°C]

恒温槽付 2 軸圧縮試験装置



最大加振力	± 100 [kN]
最大振幅	± 50 [mm]
最大速度	± 0.1 [m/s]
最大加速度	± 6.28 [m/s ²]
周波数範囲	0.01～5 [Hz]
温度制御範囲	-10～+40 [°C]